

# 仕 様 書

## 1 調達物品 生体情報モニタ

### 2 規格・数量

以下の①又は②のどちらか一式。なお、当院の富士通 Japan 株式会社製の電子カルテへの接続を含む。

#### ①フクダ電子株式会社製

No.	品 名	型式・規格等	数量
1- 0	セントラルモニタ	DS-1812R	1
- 1	デジタルテレメータ受信機	LW-1080	1
- 2	ブランチケーブル	CJ-522B(2.0M)	1
- 3	ユニット接続ケーブル (1.5m)	CJ0-09SS1.5	1
- 4	リチウムイオンバッテリパック	BT0-005	1
- 5	SDカード	FSD-64G	1
- 6	無線双方向モジュール	HTC-702	1
2- 0	ベッドサイドモニタ	DS-8100N	10
- 1	レコーダ・拡張ポートユニット	HR-811	10
- 2	トロリー (S)	OT0-16S	10
- 3	DS-8100用取付金具	OA01001A	10
- 4	着脱用アタッチメント (モニタ用)	OA0-1000	10
- 5	送信機モジュール	HLX-801	10
- 6	無線双方向モジュール	HTC-702	10
- 7	DS-8100用HTC取付カバー	OA0-64A	10
- 8	CFカード (16GB)	FCF-16GA	10
- 9	リチウムイオンバッテリパック	BT0-008	10
-10	心電図用誘導リード モニタ用3電極	CMC-700-3	10
-11	心電中継コード CIO- (3電極)	CI0-05CTP-3NU	10
-12	エアホース (3.5m)	OA-80APS3.5-S	10
-13	モニタ用血圧カフ 成人用 (標準)	CUF-8504	10
-14	センサ接続ケーブル	DOC-10	10
-15	部品-ネルコアセンサ	DS100A	10
3- 0	心電・呼吸・SpO2送信機	LX-1300N	6
- 1	心電図用誘導リード 3電極	CM0-03NTG-0.9U	6
- 2	部品-ネルコアセンサ	DS100A	6
4- 0	アンテナ工事費用 (部材含む)		1

②日本光電製

No	品 名	型式・規格等	数量
1	医用テレメータ 受信機 16床分組込済	WEP-1650	1
2	レコーダユニット	WS-140 P	1
3	レコーダホルダ	DH-140 P	1
4	架台	KC-140 P	1
5	ネームプレート	DP-160 P	1
6	バッテリパック	SB-950 P	1
7	WEP設置調整費	# INST-WEP	1
8	ベッドサイドモニタ	PVM-4763	10
9	架台	KC-470 P	10
10	アダプタ	DH-470 P	10
11	ホルダ	DI-470 P	10
12	フック	DZ-470 P	10
13	バッテリパック	SB-470 P	10
14	送信機	ZS-600 P	10
15	TL-201T2 フィンガープローブ	P 225 F	10
16	PVM設置調整費（複数台）	# INST-PVM-MULTI	10
17	送信機	ZS-630 P	6
18	電極リード線（3電極）	BR-903 P K911	6
19	TL-201T2 フィンガープローブ	P 225 F	6
20	YS-103PI シリコンカバー	Y224	6
21	ZS設置調整費（複数台）	# INST-ZS-MULTI	6
22	病床変更費	SYS 1	1
23	アンテナ工事料、LANネットワーク配線作業	# KO-ANT	1

3 納期

令和8年3月31日（火）

ただし、可能な限り早期に納入すること。

4 設置について

搬入、据付、設定、調整については当院の診療業務に支障をきたさぬよう当院職員と協議の上、その指示に従うこと。また、費用は落札者の負担で行うこと。

本調達における装置について、型式・シリアル番号等の一覧リストを提出すること。